

Đồng Hới, ngày 09 tháng 04 năm 2024

Số: 528/BVĐH

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua máy in phim X Quang phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới

Địa chỉ: 178 Lê Lợi- Phường Đức Ninh Đông- TP Đồng Hới- tỉnh Quảng Bình

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Hoàng Văn Quý : Phó khoa Dược – VTTBYT; số điện thoại: 0973.756.125.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới; 178 Lê Lợi – Phường Đức Ninh Đông – Tp Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình.

- Nhận qua email: bvdkdonghoi@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17 giờ ngày 09 tháng 04 năm 2024 đến trước 17 giờ ngày 19 tháng 04 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư thiết bị y tế:

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng
1	Máy in phim khô dùng trong y tế Thông số kỹ thuật: Model : HQ-460DY Năm sản xuất: 2024 trở về sau Công nghệ in Nhiệt trực tiếp (phim khô, tải dưới ánh sáng ban ngày) Độ phân giải không gian 320DPI (12,6 pixel/mm) Công suất 14"×17" ≥70 tờ/h; 8"×10" ≥90 tờ/h Độ phân giải thang độ xám 14 bit Phương pháp chuyển phim cọ xát Khay phim Hai khay tiếp liệu, Tổng sức chứa 200 tờ Kích thước phim sử dụng: Sử dụng được 4 kích	Máy	1

<p>thước phim khác nhau: 8''×10'',10''×12'',11''×14'', 14''×17'' Phim áp dụng: Phim nhiệt khô y tế (đế xanh hoặc trong) Giao diện: 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) Giao thức mạng: Kết nối DICOM 3.0 tiêu chuẩn Chất lượng hình ảnh: Tự động hiệu chuẩn bằng mật độ kế tích hợp Bảng điều khiển: Màn hình cảm ứng, Hiển thị trực tuyến, Cảnh báo, Lỗi và Hoạt động Nguồn cấp: 100-240V AC 50/60Hz 600W Khối lượng: 50 kg Nhiệt độ hoạt động: 5-35°C Độ ẩm hoạt động: 35%-85% Nhiệt độ bảo quản : -22°C ~ 50°C Độ ẩm bảo quản : 30% ~ 95%</p>		
--	--	--



2. Giá trên bao gồm: phí vận chuyển và thuế (VAT):

3. Địa điểm cung cấp: Tại khoa Dược - VTTBYT Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới

4. Thời gian giao hàng dự kiến: 07 đến 45 ngày

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.
- Giá trị thanh toán: Theo khối lượng và giá trị nghiệm thu hợp đồng.

- Điều kiện, thời hạn thanh toán: Nhà thầu đã hoàn thành việc cung cấp, bàn giao đầy đủ đúng số lượng, chất lượng và thời gian giao nhận cho Bệnh viện. Số hàng hóa sẽ được hai bên nghiệm. Bệnh viện sẽ thanh toán 100% giá trị nghiệm thu trong vòng 90 ngày kể từ ngày Bệnh viện nhận đầy đủ hồ sơ chứng từ thanh toán.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị!


Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT Bệnh viện
- Sở Y tế (Website)
- Lưu VT, KD

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Dương



PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số 528 /BVĐH ngày 09 tháng 04 năm 2024)

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi:

S T T	Mã hiệu sản phẩm	Tên hàng hóa	Tên thương mại (VTTBY)	Hãng sản xuất/Nước sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)

Ghi chú:

Chất lượng: Hàng mới 100%

Tổng giá tiền bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao.

Thời gian giao hàng: tối thiểu 07 đến 45 ngày.

Báo giá có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày ký.

Đồng Hới, ngày tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY